型式GX-2009ﾀｲﾌﾟ A 測定成分表

探知対象ガス	酸素（O_2）	可燃性ガス（CH_4、HC）	硫化水素（H_2S）	一酸化炭素（CO）
検知原理	隔膜ガルバニ電池式	接触燃焼式	定電位電解式	
検知範囲	0～25vol%	0～100% LEL	0～30ppm	0～150ppm
警報設定値	18.0vol%	10% LEL	1.0ppm	25ppm
警報方式	警報ランプ及びブザー			
応答時間	90%応答30秒以内			

※上記は GX-2009 のデータです。 ※ CH_4：メタンガス